

INSTRUCTION MANUAL

ELOFLEX C3

BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING

OHJEKIRJA

MANUALE DI ISTRUZIONI

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MANUEL DE L'UTILISATEUR



ELOFLEX

Witamy w Eloflex

Dziękujemy za wybranie wózka inwalidzkiego Eloflex. Cieszymy się, że zdecydowałeś się na Eloflex, ponieważ naszą misją jest upraszczanie codziennego życia i zwiększanie wolności osób z wyzwaniami związanymi z mobilnością. Mamy nadzieję, że Eloflex pozwoli Ci cieszyć się obiema korzyściami.

Korzystanie z nowego wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym powinno być satysfakcjonującym doświadczeniem. Niniejsza instrukcja zawiera kluczowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego dokumentu przed pierwszym użyciem wózka Eloflex. Zaleca się również przećwiczenie obsługi wózka Eloflex w cichej, otwartej i równej przestrzeni przed wyruszeniem w inne środowisko.

Jesteśmy tutaj, aby wspierać użytkownika podczas rozpoczynania korzystania z urządzenia Eloflex. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.

**Życzymy powodzenia i radości z użytkowania urządzenia Eloflex.
Jedź ostrożnie!**

Treść

Przeznaczenie	3
Rozkładanie i składanie	4
Urządzenie zapobiegające wywróceniu	4
Instrukcje dotyczące ładowania	5
Montaż joysticka	5
Korzystanie z joysticka	6
Funkcje dodatkowe	7
Jazda ręczna	7
Podnóżek	8
Podnoszenie podłokietników	9
Transport i przechowywanie	9
Jazda	10
Bezpieczeństwo	11
Dane techniczne	12

Strona

3
4
4
5
5
6
7
7
8
9
9
10
11
12
12



Przeznaczenie

Klasyfikacja i przeznaczenie

Wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym Eloflex zostały opracowane dla osób, które mają trudności z chodzeniem lub w ogóle nie mogą chodzić, ale mają zdolność widzenia, fizyczną i umysłową do kontrolowania wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym.

Elektryczny wózek inwalidzki Eloflex jest wystarczająco kompaktowy i elastyczny do użytku w pomieszczeniach, ale nadaje się również do użytku na zewnątrz. Rozdział "Dane techniczne" na końcu niniejszego dokumentu zawiera informacje na temat prędkości, promienia skrętu, zasięgu, maksymalnego udźwigu, maksymalnej wagi użytkownika itp.

Eloflex został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normą EN12184:2014 - klasa B (do użytku wewnątrz i na zewnątrz). Eloflex jest również zatwierdzony zgodnie z ISO-7176, IEC60601, a akumulatory są zatwierdzone zgodnie z UN38.3.

Elektryczne wózki inwalidzkie Eloflex spełniają obowiązujące wymagania MDR 2017/745.

Ocena zgodności MDR klasy 1 / oznakowanie CE zostały wydane zgodnie z załącznikiem VIII rozdział III MDR 2017/745. Procedura oceny zgodności: Załącznik II i Załącznik III do MDR 2017/745. Oznakowanie CE zostanie unieważnione w przypadku użycia zamiennych komponentów lub akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone dla tego produktu.

Potrzeby

Celem wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym Eloflex jest kompensacja urazu lub niepełnosprawności i jest on zalecany w następujących okolicznościach:

- Jeśli użytkownik nie jest w stanie chodzić lub ma bardzo ograniczoną zdolność chodzenia, co utrudnia poruszanie się w obrębie własnego domu.
 - Jeśli istnieje potrzeba opuszczenia domu w celu wyjścia na zewnątrz lub odwiedzenia miejsc regularnie uczęszczanych w codziennych sprawach.
 - Gdy użytkownik ma trudności z dotarciem lub wykonywaniem pracy lub czynności z powodu niepełnosprawności ruchowej.
- Zaleca się korzystanie z wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym Eloflex zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, jeśli nie jest możliwe korzystanie z wózków inwalidzkich obsługiwanych ręcznie ze względu na problemy z poruszaniem się, ale nadal możliwa jest prawidłowa obsługa wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym.

Akcesoria

Ładowarka, odbłaski i torba z prostymi narzędziami znajdują się w torbie do przechowywania pod siedziskiem w momencie dostawy.

Użyteczność

Wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym Eloflex należy używać tylko wtedy, gdy jest on w pełni sprawny; w przeciwnym razie można narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo. Poniższa lista nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji, ale opisuje pewne warunki, które mogą wpływać na użyteczność wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym:

- Nie używaj wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym, jeśli baterie są uszkodzone lub zdeformowane.
- Nie używaj wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym, jeśli silnik szarpie lub wydaje nietypowe dźwięki.
- Nie używaj wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym, jeśli hamulec działa nieprawidłowo.
- Jeśli opony są zużyte, należy skontaktować się z centrum pomocy lub sprzedawcą.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń pasa bezpieczeństwa, podłokietnika, siedziska, oparcia, joysticka lub innych części wózka należy skontaktować się z centrum pomocy lub sprzedawcą.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń układu elektrycznego (kablów, akumulatorów, ładowarek itp.) należy skontaktować się z centrum pomocy lub sprzedawcą.

Gwarancja producenta

Gwarancja Eloflex obejmuje wymianę uszkodzonych części, pod warunkiem, że uszkodzenie nie zostało spowodowane przez użytkownika. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z okoliczności zewnętrznych, takich jak kradzież, nadużycie, niewłaściwe użycie, uderzenie pioruna lub modyfikacja.

Okres eksploatacji

Szacowany okres użytkowania urządzenia Eloflex wynosi 5 lat. Jednak na żywotność produktu duży wpływ ma sposób jego użytkowania i konserwacji. Urządzenie Eloflex może działać znacznie dłużej, jeśli jest odpowiednio pielęgnowane i używane zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Przepisy bezpieczeństwa i zagrożenia

PRZED UŻYCIEM WÓZKA INWALIDZKIEGO ELOFLEX UŻYTKOWNIK MUSI ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA I JAZDY ZAWARTYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Rozkładanie i składanie

Rozkładanie

Krok 1

Ułóż złożony fotel na ziemi, jak pokazano po prawej stronie. Przytrzymaj oparcie i pociągnij je do góry, aby otworzyć fotel. Drugą ręką popchnij siedzisko w dół, aż usłyszysz wyraźne "kliknięcie", które oznacza, że blokada jest włączona.



Krok 2

Ważne! Upewnij się, że zatrzask blokady jest całkowicie zamknięty, aby zabezpieczyć fotel w pozycji rozłożonej.



Sprawdź blokadę przed użyciem.

Składanie

Krok 1

Otwórz zatrzask blokujący, jak pokazano na rysunku.



Krok 2

Połóż jedną rękę na przedniej części poduszki siedziska. Drugą ręką chwyć górną część oparcia i złoż je do przodu. Zepchnij krzesło razem, jak pokazano na rysunku.

Punkty szczypania! Zachowaj ostrożność podczas składania.



Urządzenie zapobiegające wywróceniu

Zabezpieczenie przed wywróceniem nie wymaga regulacji, ale w niektórych modelach można je złożyć na czas transportu. Nie wolno używać wózka inwalidzkiego bez włączonego zabezpieczenia przed wywróceniem, ponieważ stwarza to ryzyko poważnych obrażeń. Należy je sprawdzić przed każdym użyciem.



RYZIKO OBRAŻEŃ!
Zawsze upewnij się,
że zabezpieczenie przed
wywróceniem jest a
ktywne.

Instrukcje dotyczące ładowania

Przed rozpoczęciem

- Urządzenie Eloflex należy naładować zaraz po dostarczeniu.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki dostarczonej z urządzeniem Eloflex.
- Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do podłączenia do joysticka, a nie bezpośrednio do akumulatorów.
- Baterię należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące, aby zapobiec jej trwałemu uszkodzeniu.

Jak ładować

Urządzenie Eloflex należy ładować po każdej jeździe lub gdy wskaźnik naładowania baterii na joysticku spadnie o trzy kreski. Zaczniij od wyłączenia urządzenia Eloflex (wszystkie kontrolki na joysticku powinny być wyłączone).

Podłącz ładowarkę do gniazda z przodu joysticka. Upewnij się, że styki pasują do siebie.

Podłącz kabel zasilający ładowarki do gniazdka ściennego. Ładowanie jest

sygnalizowane lampką na ładowarce. Czerwone światło oznacza, że trwa ładowanie.

Po około trzech godzinach baterie są naładowane w 90% i można korzystać z fotela.

Po około 5-8 godzinach kontrolka ładowarki zaświeci się na zielono, wskazując, że akumulatory są w pełni naładowane. Podczas ładowania ładowarka nagrzewa się, co jest zjawiskiem normalnym.

Po zakończeniu ładowania należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego i wózka inwalidzkiego. Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru. Akumulatory można ładować w temperaturze do 0 stopni. Podczas ładowania w niższych temperaturach akumulatory mogą nie być w pełni naładowane.



Brak regularnego ładowania akumulatorów spowoduje ich trwałe uszkodzenie



Jeśli urządzenie Eloflex jest używane w temperaturach poniżej zera, ma to wpływ na zasięg. Na przykład w temperaturze -10 stopni zasięg może być zmniejszony nawet o 50%.

Długotrwałe przechowywanie

Baterie mogą zostać trwale uszkodzone, jeśli napięcie spadnie zbyt nisko.


Zalecamy odłączenie akumulatorów w celu zminimalizowania ich rozładowania i regularne ładowanie (co najmniej raz na 3 miesiące).

Nigdy nie pozostawiaj ładowarki podłączonej na stałe.

Montaż joysticka


Krok 1

Zamontuj joystick, montując szybkozłączkę na podłokietniku z zatrzaskiem skierowanym na zewnątrz. Wyreguluj nakrętkę tak, aby zatrzask mógł być całkowicie zamknięty, a jednocześnie bezpiecznie utrzymywał joystick na miejscu. Joystick można zamontować po prawej lub lewej stronie.



Krok 2

Połącz ze sobą złącza kabli i ostrożnie przekręć je, aż bolce wpasują się w otwory, a rowki w obu złączach dopasują się do siebie. Następnie bezpiecznie przykręć tuleje do każdego punktu połączenia.



Należy uważać, aby nie uszkodzić ani nie wygiąć pinów w złączu.

Korzystanie z joysticka

WYŚWIETLACZ LCD

Przyciski wielofunkcyjne

Zmniejszanie/zwiększanie prędkości

Kontrolka włączenia/wyłączenia

Włączanie i wyłączanie zasilania

Klakson

Joystick



1

2

3

4

1 Prędkościomierz: Wyświetla bieżącą prędkość.

2 Ustawienie prędkości: Pokazuje przebyty dystans i aktualną prędkość.

3 Licznik podróży/ODO: Wyświetla dystans przejechany od ostatniego włączenia zasilania (podróż) lub całkowity dystans dla pojazdu (ODO).

4 Poziom naładowania baterii: Wskazuje pozostały poziom naładowania baterii. Po pełnym naładowaniu wszystkie paski są białe. Zaleca się ponowne naładowanie po wykorzystaniu trzech pasków.

Złącze USB

WSKAZÓWKA: Złącze USB znajdujące się pod joystickiem służy do ładowania telefonu komórkowego.

Wejście ładowarki


Światło



Joystick: Kontroluje prędkość i kierunek jazdy fotela.



Zwiększ prędkość: Naciśnij, aby krzeselko jechało szybciej.



Włączanie i wyłączanie zasilania: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć Eloflex.



Zmniejsz prędkość: Naciśnij, aby fotel jechał wolniej.



Klakson: Naciśnij, aby włączyć alarm dźwiękowy.



Włączanie/wyłączanie światła: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć światło.

Funkcje dodatkowe

Dostosowywanie ustawień



Można modyfikować ustawienia fotela, w tym język, głośność klaksonu i jednostki miary.

1. Aby uzyskać dostęp do ustawień, naciśnij prawy przycisk wielofunkcyjny. Spowoduje to wyświetlenie listy opcji.

3. Wybierz funkcję, naciskając prawy przycisk wielofunkcyjny (Enter), lub cofnij się o jeden krok, naciskając lewy przycisk wielofunkcyjny (Return).



2. Użyj przycisków szybkiego przewijania, aby przewijać listę opcji w górę i w dół.



Blokada / zabezpieczenie przed dziećmi

Urządzenie Eloflex można zablokować elektronicznie, naciskając jednocześnie strzałki w górę i w dół przez 3 sekundy. Mały symbol w górnej części wyświetlacza wskaże, że blokada jest aktywna. (Aby zablokować/odblokować, joystick musi być włączony).

Port ładowania USB

Port USB umożliwia ładowanie telefonów komórkowych, iPadów i innych urządzeń przenośnych. Dostarcza

zasilanie 5 V z prądem ładowania określonym przez podłączone urządzenie, maksymalnie do 2,1 A.

Ostrzeżenia

Wyświetlacz może wyświetlać kody usterek wskazujące błędy. Kody błędów 1 i 2 wskazują, że hamulce magnetyczne są aktywne.

Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji

Wózkiem inwalidzkim Eloflex można sterować za pomocą aplikacji. Aby

ją pobrać, należy użyć poniższych kodów QR. W razie potrzeby skontaktuj się z dealerem w celu uzyskania szczegółowych instrukcji. UWAGA: Aplikacja nie powinna być używana jako pomocnicze urządzenie sterujące (np. gdy osoba siedzi na wózku).



Jazda ręczna

Wyłącz wózek inwalidzki za pomocą joysticka. Następnie naciśnij czerwone dźwignie na silnikach (patrz ilustracja), aby odłączyć hamulce magnetyczne. W tej pozycji wózek można prowadzić ręcznie.

Uwaga! Jeśli użytkownik korzysta z wózka bez pomocy, blokada magnetyczna wózka musi być zawsze włączona.



Nie należy naciskać czerwonych dźwigni stopą; należy używać wyłącznie rąk.

Podnózek


Aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie, podnózek można złożyć i wsunąć, jak pokazano poniżej.



Regulacja podnóżka

Wysokość podnóżka można regulować w dwóch stałych pozycjach.

- Zdejmij czarną plastikową osłonę z czterech nakrętek. **(1)**
- Dokręć śruby mocujące, przytrzymując nakrętkę. **(2)**
- Ponownie zamocuj podnózek w alternatywnym otworze montażowym. Jeśli podnózek nie pozostaje w podniesionej pozycji, można wyregulować jego napięcie, dokręcając śruby mocujące. **(2)**



Podnoszenie podłokietników

Aby podnieść podłokietnik, wystarczy nacisnąć mały czerwony uchwyt zwalniający pod podłokietnikiem. Podłokietnik automatycznie zablokuje się po złożeniu.

Naciśnij, aby otworzyć



ZAMKNIJ - usłyszysz kliknięcie



Transport i przechowywanie

- Aby podnieść krzesło, zaleca się najpierw złożenie go na płasko, a następnie podniesienie do pozycji pionowej przed ostatecznym podniesieniem.
- Złożony fotel można umieścić w bagażniku samochodu lub w szafie.
- Na czas transportu należy złożyć lub wyjąć joystick.
- Jeśli fotel nie będzie używany przez jakiś czas, należy upewnić się, że jest prawidłowo przechowywany, a akumulatory są okresowo ładowane zgodnie z rozdziałem "Sposób ładowania". W przeciwnym razie fotel może stać się bezużyteczny.
- Fotel powinien być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i wentylowanych. Temperatura przechowywania 0-30 stopni.

- Pokrowce na poduszki można zdejmować i prać w temperaturze 40°C.
- Podczas transportu autobusem lub transportem dla osób niepełnosprawnych, Eloflex musi być przymocowany do punktów mocowania pokazanych na zdjęciach na dole.

Uwaga! Fotelik Eloflex nie został przetestowany ani zatwierdzony jako fotelik samochodowy. W związku z tym podczas transportu samochodowego w foteliku Eloflex nie można siedzieć.

- W przypadku transportu lotniczego należy potwierdzić z przewoźnikiem lotniczym przed dokonaniem rezerwacji i odprawy. Eloflex jest zgodny z zaleceniami IATA.



Jazda

Przeczytaj

Przed rozpoczęciem korzystania z wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym Eloflex użytkownik musi zapoznać się z niniejszymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i jazdy.

Praktyka

Praktyka czyni mistrza. Przed rozpoczęciem korzystania z wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym wśród innych osób, w sklepach, restauracjach itp. należy poćwiczyć prowadzenie wózka Eloflex wraz z asystentem, zaczynając na otwartej przestrzeni, najlepiej na zewnątrz. Przesuwaj joystick powoli do przodu. Zatrzymaj się, zwalniając joystick.

Cofanie

Aby cofnąć, przesunij joystick powoli do tyłu. Aby się zatrzymać, zwolnij joystick. Pamiętaj, aby zawsze spojrzeć do tyłu przed rozpoczęciem cofania, aby upewnić się, że żadna osoba ani przedmiot nie znajdują się na drodze.

Obrót

Zakręć, delikatnie poruszając joystickiem na boki. Uważaj, aby podczas obracania nic nie przeszkadzało po bokach.

Obrót

Skracaj podczas jazdy, delikatnie przesuwając joystick w bok w kierunku, w którym chcesz skręcić. Podczas skręcania zawsze zmniejszaj prędkość.

Przeszkoda

Ćwicz omijanie przeszkód. Poruszaj joystickiem na boki podczas jazdy do przodu, aby omijać przeszkody. Pamiętaj, aby zmniejszyć prędkość podczas zbliżania się do przeszkody.

Szybka jazda

Szybka jazda: Naciśnij joystick w pozycji do przodu, jeśli chcesz jechać szybko. Pamiętaj, aby wycofać joystick i zmniejszyć prędkość, gdy tylko poczujesz się niepewnie, niezależnie od tego, czy skręcasz lub zbliżasz się do przeszkody.

Omijanie przeszkód

Podjeżdż powoli do przeszkody i upewnij się, że przednie koła są ustawione w kierunku jazdy. Następnie powoli przesunij joystick do przodu, pochylając się do tyłu, aby przejechać przez przeszkodę. Eloflex został przetestowany i zatwierdzony do pokonywania przeszkód o maksymalnej wysokości 6 cm.

Pochyłe powierzchnie

Spróbuj jechać prosto w górę lub w dół po pochylej powierzchni. Pochylaj się lekko do przodu podczas jazdy w górę i do tyłu podczas jazdy w dół, aby utrzymać środek ciężkości. Jeśli to możliwe, unikaj jazdy bokiem i kompensuj nachylenie boczne, pochylając się w przeciwnym kierunku. Na pochyłościach należy zawsze jechać powoli i należy pamiętać, że droga hamowania może być znacznie dłuższa niż na równym podłożu. Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia tego wózka inwalidzkiego wynosi 9 stopni. Nawet jeśli wózek Eloflex jest w stanie to zrobić, należy unikać jazdy na pochyłościach większych niż wymagany kąt testowy ze względu na ryzyko poważnych obrażeń w przypadku przewrócenia.

Windy

Pamiętaj, aby sprawdzić szerokość drzwi windy i szybkość ich zamykania przed wejściem do windy. Należy pamiętać, że może być konieczne wycofanie się z windy, jeśli nie jest ona wystarczająco duża, aby umożliwić zawrócenie.

Jazda po drodze

Z urzędzeniem Eloflex należy poruszać się przede wszystkim po chodnikach, ścieżkach dla pieszych i rowerzystów, a w ostateczności po ruchliwych drogach.

Przechodzenie przez jezdnię

Jeśli to możliwe, zawsze przechodź przez jezdnię na przejściu dla pieszych. Zwracaj uwagę na przecinające się samochody. Jeśli to możliwe, korzystaj ze ściętej części chodnika. Unikaj krawężników wyższych niż 6 cm.

Opony

Jeśli wózek inwalidzki jest wyposażony w opony wypełnione powietrzem, należy regularnie sprawdzać ciśnienie na poziomie 2,5 bara. W przypadku przebicia opony należy powstrzymać się od dalszej jazdy i skontaktować się ze sprzedawcą lub odpowiednim warsztatem w celu dokonania naprawy.

Instrukcje bezpieczeństwa podczas jazdy

Przechylenie wózka inwalidzkiego grozi poważnymi obrażeniami.

- Należy jeździć wyłącznie po pochyłościach, które nie przekraczają maksymalnego określonego kąta.
- Podczas jazdy z wózkiem Eloflex należy zawsze używać zabezpieczeń przed wywróceniem.
- Jazda w dół powinna zawsze odbywać się z mniejszą prędkością.
- Należy unikać miejsc, w których występuje ryzyko oblodzenia lub śliskiej nawierzchni.
- Nigdy nie próbuj wjeżdżać ani zjeżdżać po schodach wózkiem inwalidzkim z napędem elektrycznym.
- Nigdy nie przejeżdżaj przez przeszkody wyższe niż zalecana maksymalna wysokość.
- Unikaj gwałtownych ruchów joystickiem i nagłych zmian kierunku jazdy podczas jazdy.

Ryzyko utknięcia w odległych miejscach.

- Użytkownik o znacznie ograniczonej sprawności ruchowej nie powinien samodzielnie pokonywać większych odległości na zewnątrz.

Ryzyko obrażeń w przypadku ześlizgnięcia się stopy z podnóżka i wpadnięcia pod wózek podczas jazdy.

- Podczas jazdy należy zawsze umieszczać stopy na środku podnóżka.

Ryzyko obrażeń w przypadku zderzenia z innymi obiektami.

- Przejeżdżaj przez wąskie przejścia z najmniejszą prędkością i z największą uwagą.
- Zachowaj szczególną uwagę podczas zbliżania się do stolów lub jazdy w ich pobliżu ze względu na ryzyko przytrzaśnięcia między blatem a joystickiem i/lub podłokietnikiem.

Istnieje ryzyko przewrócenia się wózka inwalidzkiego, jeśli zabezpieczenia przed wywróceniem zostaną usunięte, uszkodzone lub zamontowane w pozycji odbiegającej od standardowej.

- Zabezpieczenia przed wywróceniem muszą być zawsze zamontowane, gdy używany jest wózek inwalidzki z napędem elektrycznym
- Urządzenia zapobiegające wywróceniu działają tylko na twardej powierzchni. Na miękkich powierzchniach, takich jak trawnik lub śnieg, zabezpieczenie przed wywróceniem może stracić swoją skuteczność. Dlatego należy
- na miękkich powierzchniach.

Włókno węglowe

Ten wózek inwalidzki jest wykonany z włókna węglowego. Materiał ten charakteryzuje się doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, co pozwala uzyskać niską masę całkowitą. Jednak materiał ten jest również bardziej kruchy niż inne materiały, takie jak aluminium, i jest bardziej podatny na pęknięcie i/lub przebicie. W związku z tym produkty z włókna węglowego należy traktować ostrożniej niż inne, co dotyczy również wózka inwalidzkiego Eloflex.



Bezpieczeństwo

Przejeżdżanie przez tory kolejowe

Tory kolejowe należy zawsze przekraczać prosto od przodu, nigdy ukośnie z boku. Nigdy nie przechodź przez tory kolejowe sam, zawsze miej przy sobie kogoś, kto może Ci pomóc.

Ostre krawędzie

Zachowaj ostrożność podczas jazdy po stromych zboczach, ponieważ krzeselko może się złamać. Krzeselko Eloflex zostało przetestowane i zatwierdzone pod kątem nachylenia do 9 stopni. Zawsze miej przy sobie kogoś, kto może Ci pomóc.

Wysokie krawędzie

Zachowaj ostrożność podczas podjeżdżania lub wyjeżdżania na krawędź. Opona Eloflex została przetestowana i zatwierdzona dla krawędzi o maksymalnej wysokości 6 cm. Zawsze należy mieć przy sobie osobę, która może pomóc.

Transfer

Zalecamy, aby zawsze mieć przy sobie osobę, która może pomóc w przenoszeniu urządzenia Eloflex do i z niego. Przed rozpoczęciem przenoszenia należy zawsze wyłączyć zasilanie. Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze podnieść podłokietniki i podnóżek, aby ułatwić wsiadanie i zsiadanie z fotela.

Nie naprawiaj samodzielnie

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym. W przypadku samodzielnej naprawy gwarancja nie ma zastosowania. Należy zawsze zwracać się do firmy Eloflex lub do sklepu bądź centrum serwisowego, które sprzedało/przepisało wózek. Nigdy nie należy modyfikować wózka inwalidzkiego na własną rękę.

Brak zabawek

Nigdy nie pozwalaj dzieciom, które normalnie nie korzystają z wózka inwalidzkiego, siadać na wózku Eloflex lub go używać.

Czyszczenie

Nigdy nie czyść wózka Eloflex pod bieżącą wodą. Należy go przecierać wyłącznie wilgotną szmatką. Jeśli wózek Eloflex składa się powoli, można nasmarować połączenia olejem lub silikonem w sprayu.

Uwaga na ciepło

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia Eloflex w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu źródła ciepła lub otwartego ognia. Baterie mogą

ulec uszkodzeniu, a niektóre powierzchnie mogą nagrzać się do tego stopnia, że istnieje ryzyko obrażeń. Z urządzenia Eloflex można korzystać w temperaturach od -10 stopni do +45 stopni. Niskie temperatury wpływają na zasięg jazdy. Wózek inwalidzki jest odporny na zapłon zgodnie z normą EN 12184.

Przechowywanie

Gdy wózek Eloflex nie jest używany, należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wózek należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i wentylowanych. Temperatura przechowywania 0-30 stopni.

Ładowarka

Ładowarka nigdy nie może być przykryta, gdy jest używana do ładowania urządzenia Eloflex. Ładowarka nagrzewa się i istnieje ryzyko wypadku lub obrażeń.

Akumulatory

Nigdy nie przechowuj baterii w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej zera. Baterie należy przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu. W przypadku utylizacji baterie należy poddać recyklingowi zgodnie z krajowymi/lokalnymi wymogami. Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku wszystkich produktów zasilanych bateryjnie, zasięg jazdy zmniejsza się wraz z upływem czasu, w tym w okresie gwarancyjnym i w okresie eksploatacji produktu.

Użytkowanie

Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym Eloflex został zaprojektowany z myślą o różnych potrzebach. Decyzja dotycząca jego przydatności dla użytkownika jest podejmowana wspólnie przez koordynatora lub sprzedawcę i użytkownika. Firma Eloflex nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym do potrzeb użytkownika.

Modyfikacje

Wózek inwalidzki Eloflex powinien być używany przede wszystkim w standardowej konfiguracji. Wszelkie modyfikacje lub regulacje mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe lub firmę Eloflex. Należy pamiętać, że uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie spowodowane modyfikacjami niezgodnymi z instrukcją obsługi lub nieodpowiednią konserwacją nie są objęte gwarancją.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Używanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym do celów innych niż opisane w niniejszym dokumencie grozi obrażeniami ciała.

- Wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku (patrz powyżej, rozdział "Klasyfikacja typu i przeznaczenie").
- Nigdy nie używaj wózka inwalidzkiego (nie siadaj na nim), gdy jest on przewożony w innym samochodzie/autobusie.

Istnieje ryzyko obrażeń ciała, jeśli wózek inwalidzki z napędem elektrycznym jest używany przy ograniczonej zdolności prowadzenia pojazdu.

- Nie należy korzystać z wózka inwalidzkiego, gdy umiejętności prowadzenia pojazdu są ograniczone, na przykład z powodu choroby, przyjmowania leków lub spożywania alkoholu.

Istnieje ryzyko obrażeń, jeśli wózek inwalidzki z napędem elektrycznym zostanie mimowolnie przesunięty.

- Wózek inwalidzki należy wyłączyć przed wejściem i zejściem z niego lub w przypadku ryzyka kontaktu użytkownika, innej osoby lub przedmiotu z joystickiem.
- Gdy silniki są wyłączone, hamulce nie działają. Dlatego wózek inwalidzki może być pchnięty wyłącznie po płaskim podłożu, nigdy po pochyłościach. Nigdy nie zostawiaj wózka inwalidzkiego na stoku lub w jego pobliżu z wyłączonymi silnikami.

Istnieje ryzyko obrażeń ciała, jeśli wózek inwalidzki z napędem zostanie wyłączony podczas jazdy, na przykład za pomocą przycisku włączania/wyłączania lub przez zerwanie linki, ponieważ zatrzyma się on z silnym szarpnięciem.

- Podczas hamowania awaryjnego należy zwolnić joystick. Wówczas wózek zatrzyma się automatycznie.

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku upadku z wózka inwalidzkiego

- Nie przesuwaj się do przodu, nie zginaj kolan do przodu i nie przechylaj się przez krawędź wózka inwalidzkiego, na przykład w celu osiągnięcia przedmiotów.
- Zaleca się, aby zawsze używać pasów bezpieczeństwa i regulować je przed każdą podróżą.
- Podczas przesiadania się z fotela/pojazdu należy jechać jak najbliżej nowej pozycji, aby zminimalizować odstęp i ryzyko przechylenia wózka inwalidzkiego.

Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia grozi obrażeniami ciała.

- Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (patrz rozdział "Dane techniczne" na końcu niniejszego dokumentu).
- Wózek inwalidzki może być używany wyłącznie przez jedną osobę. Nigdy nie używaj wózka inwalidzkiego do transportu więcej niż jednej osoby jednocześnie.

Istnieje ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia wózka inwalidzkiego, jeśli blokada zostanie zwolniona, gdy składany wózek inwalidzki nie jest prawidłowo zaciągnięty podczas użytkowania.

- Jeśli blokada wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym nie zostanie prawidłowo zatrzaśnięta, wózek może się nagle przewrócić podczas użytkowania, co może spowodować wypadnięcie użytkownika z wózka.
- Przed użyciem wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym należy zawsze upewnić się, że hak blokujący znajduje się w prawidłowym położeniu.
- Istnieje ryzyko obrażeń ciała i zmiążdżenia podczas składania wózka inwalidzkiego.
- Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym należy zawsze składać i podnosić w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Podczas składania i rozkładania należy uważać, aby nic nie zostało ściśnięte.

Istnieje ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia wózka inwalidzkiego, jeśli jest on używany w wilgotnych miejscach.

- Wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym nie wolno używać podczas wiatru.
- Wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym nie wolno używać podczas kąpieli.
- Należy unikać długotrwałej jazdy w deszczu.

EMC

- Istnieje ryzyko, że wózek inwalidzki może zakłócać działanie urządzeń lub być przez nie zakłócany polami elektromagnetycznymi. Może to mieć wpływ na sterowanie wózkiem inwalidzkim.
- To urządzenie jest wyposażone w nadajnik Bluetooth. Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy.

Dane techniczne C3

Waga netto	20 kg bez akumulatorów
Waga całkowita	24 kg z bateriami
Prędkość	6,5 km/h
Zasięg	30 km*
Czas trwania	5 godzin na jednym ładowaniu
Silnik	2 x bezszczotkowy silnik o dużej mocy
Efekt działania silnika	2 x 250 W
Akumulator	2 x Litium ION 10 AH / 24 V (240 Wh) (+1 dodatkowe gniazdo)
Waga akumulatora	1,8 kg
Czas ładowania	3 godziny
Promień skrętu	87 cm
Maksymalne nachylenie	9 stopni statycznie, 6 stopni dynamicznie
Koła	przód 10" (powietrze), tył 12" (powietrze) (2,5 bar)
Wysokość siedziska	55 cm
Szerokość siedziska	43 cm
Głębokość siedziska	44 cm
Maksymalna waga użytkownika	160 kg
Joystick	Montaż z prawej lub lewej strony
Poduszka	Odlączana, zdejmowana pokrywa
Oparcie	Stała 9 stopni
Rozmiar	99,5 cm (wysokość) x 63 cm (szerokość) x 105 cm (głębokość)
Rozmiar po złożeniu	42 cm (wysokość) x 63 cm (szerokość) x 78,5 cm (głębokość)
Gwarancja	2 Lata
Maks. przeszkoda	5 cm

* Odległość w optymalnych warunkach i będzie zależeć od temperatury, stylu jazdy, wysokości, stanu akumulatora itp.

© Copyright Eloflex

Niniejszy dokument zawiera informacje chronione prawem autorskim i nie może być kopiowany ani powielany w całości ani w części bez pisemnej zgody firmy Eloflex. Firma Eloflex nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne w niniejszym dokumencie i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcji.



2021-05-08
Version 2.0
Sungo Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands
SRN:NL-AR-000000247

Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd
No. 108 Matang Road, Penglang Town, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu

Kontakt z firmą Eloflex

W przypadku jakichkolwiek pytań, potrzeby uzyskania pomocy lub informacji na temat wycofania produktu lub uwag dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z centrum pomocy lub lokalnym dealerem. W razie potrzeby numer seryjny produktu można znaleźć na naklejce znajdującej się na spodzie obudowy.



Eloflex
Hammarbacken 4B
191 49 Sollentuna
SWEDEN

+46 10-18 33 100
info@eloflex.eu
www.eloflex.pl